

Kouvolan kaupunki
Liikunta ja kulttuuri /
Liikuntapalvelut
Varuskuntakatu 11
45100 Kouvola

Maksaja
Kouvolan kaupunki,
Liikunta- ja kulttuuripalvelut
E:003701610759300
PL 299
02066 DOCUSCAN



Näytetiedot

Näyte	Uimarantavesi		
Näyte otettu	16.06.2022	Näytteenottaja	Terv. tark. Satu Karila
Saapunut laboratorioon	16.06.2022	Näytteenoton syy	Viranomaisvalvonta
Tutkimus alkoi	16.06.2022	Näytteenottopiste	Orijärven uimaranta
Tutkimus valmis	17.06.2022		
Yhteyshenkilö	Aleksi Laine, Laboratoriopäällikkö, 044 974 0127		

Aistinvarainen arvostelu (näytteenottajan havainnot):

Poikkeava väri: Ei havaittu	Poikkeava näkösyvyys: Ei havaittu
Syanobakteerit (sinilevät): Ei havaittu	Kasviplankton: Ei havaittu
Makrolevät: Ei havaittu	Öljymäiset aineet: Ei havaittu
Tervamaiset aineet: Ei havaittu	Kelluva materiaali: Ei havaittu

Analyyssi	3114-1 Uimarantavesi Orijärven uimaranta 16.6. klo 10.40	Yksikkö	Menetelmä
Lämpötila	18,8	°C	Näytteenottajan mittaama
Escherichia coli	*	0	pmy/100ml Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Enterokokit	*	0	pmy/100ml Enterolert

* FINAS-akkreditoitu menetelmä

Lausunto Tutkittu näyte täyttää tehtyjen analyysien osalta uimarantavesille asetetut laatuvaatimukset.

Uimarantaveden (sisämaan uimavedet) yksittäisen valvontatutkimustuloksen tai syanobakteerihavainnon toimenpiderajat (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 354/2008):
Escherichia coli 1 000 pmy/100 ml
Suolistoperäiset enterokokit 400 pmy/100 ml
Syanobakteerit (sinilevät) aistinvaraisesti havaittu uimavedessä tai uimarannalla

Aleksi Laine
Laboratoriopäällikkö (FM kemia)

Analyyssitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

Kemiallisten analyysien mittausepävarmuudet toimitetaan pyydettyäessä. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on pyydettyä lupa.

Kymen Ympäristölaboratorio Oy, Patosillantie 2, 45700 KUUSANKOSKI, puh. 05 544 3300, info@kymmlab.fi