

Kouvolan kaupunki
Liikunta ja kulttuuri / Liikuntapalvelut
Varuskuntakatu 11
45100 Kouvola

Maksaja
Kouvolan kaupunki/Liikunta ja kulttuuri
E:003701610759400
Varuskuntakatu 11
45100 KOUVOLA

Näytetiedot

Näyte	Uimavesi sisämaa		
Näyte otettu	07.08.2023 klo 11.50	Näytteenottaja	Jani Kirsi
Saapunut laboratorioon	07.08.2023	Näytteenoton syy	Viranomaisvalvonta
Tutkimus alkoi	07.08.2023	Näytteenottopiste	Jaalan kk:n uimaranta
Tutkimus valmis	10.08.2023		
Yhteyshenkilö	Riikka Pöntinen, 040 778 3699, Kemisti (FM)		

Aistinvarainen arvostelu (näytteenottajan havainnot):

Poikkeava väri: Ei havaittu
Syanobakteerit (sinilevät): Ei havaittu
Makrolevät: Ei havaittu
Tervamaiset aineet: Ei havaittu

Poikkeava näkösyvyys: Kova tuuli samentaa rantaa
Kasviplankton: Ei havaittu
Öljymäiset aineet: Ei havaittu
Kelluva materiaali: Ei havaittu

Analyyssi	4233-1 Uimavesi sisämaa Jaalan kk:n uimaranta	Yksikkö	Menetelmä
Lämpötila	23,0	°C	Näytteenottajan mittaama
Escherichia coli	1)	12	mpn/100ml Colilert - SFS-EN-ISO 9308-2:2014
Suolistoperäiset enterokokit	1)	7	pmy/100ml SFS-EN ISO 7899-2:2000

1) Alihankinta: KVVY/Tre (T064), FINAS-akkreditoitu menetelmä

Lausunto

Tutkittu näyte täyttää tehtyjen analyysien osalta uimarantavesille asetetut laatuvaatimukset.

Uimarantaveden (sisämaan uimavedet) yksittäisen valvontatutkimustuloksen tai syanobakteerihavainnon toimenpiderajat (Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriön asetus 354/2008):

Escherichia coli: 1 000 pmy/100 ml

Suolistoperäiset enterokokit: 400 pmy/100 ml

Syanobakteerit (sinilevät): jos aistinvaraisesti havaittu uimavedessä tai uimarannalla

Alekski Laine
Laboratoriopäällikkö (FM kemia)